



## **PELVI.LOC® PL-3DSRR - XS, -S, -M, -L**



W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.



### **Zakres stosowania**

**PELVI.LOC®** PL-3DSRR jest przeznaczony dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, zwłaszcza do pozycjonowania miednicy na wózkach inwalidzkich i aktywnych wózkach inwalidzkich oraz zapobiega ześlizgiwaniu się do przodu.

### **Przewidziana grupa pacjentów:**

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

### **Kontrola podczas odbioru**

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych.

Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

### **Zakres dostawy**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSRR -XS, -S, -M, -L bez wstępnego montażu
- 2) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

## Montaż



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

1. Umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięcia bioder. – Klamrę zapadkową (e) zamocować do rury ramy wózka inwalidzkiego. (Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu)
2. Opaskę zębatą (b) należy wsunąć do klamry lub klamry zapadkowej (e) przymocowanej do wózka inwalidzkiego.
  - Z przodu powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce!
3. Ustawić odstęp między podkładkami nad pasami perforowanymi (d). Po uruchomieniu klamer zapadkowych (e) napina się pas stabilizujący miednicę.
  - Złącze pasa perforowanego należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
  - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą klamrą zapadkową (e) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.
  - W celu regulacji można poluzować taśmę na rzep (g) i wywinąć podkładkę (tylko w przypadku pasów z zakrytymi klamrami zapadkowymi).
4. Następnie przymocować opaskę zębatą (b) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
5. Naciągać opaskę zębatą (b) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
6. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo zranienia!
7. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej!



## Instrukcja obsługi



## Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany/taśma paska (d), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie wymieniać ich - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (e)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** - ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między perforowanym pasem a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem- niebezpieczeństwo zgniecenia!

## Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC®** jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC®** w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC®**!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



### **Uwaga:**

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
- W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!

### **Zastosowanie**

1. Aby użyć **PELVI.LOC®**, podkładki (a) należy umieścić w zgięciu biodra.



**Uwaga:** Należy sprawdzić czy pod podkładka nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków!

2. **Ważne:** nie nakładać na miednicę i kręgosłup!
  3. Następnie przepuść opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e).
  4. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
  5. Upewnić się, czy zapadki (e) współpracują z zębami opaski zębatej!
- Przeprowadzić próbę rozciągania!

Jeśli podczas zakładania **PELVI.LOC®** dojdzie do niezamierzonego poluzowania systemu pozycjonowania, można ponownie napiąć system pozycjonowania.

**Aby otworzyć PELVI.LOC®** należy uruchomić zapadkę klamry zapadkowej (e) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

### **Czyszczenie i dezynfekcja**

- Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.
- Nie wirować.
- Nie nadaje się do suszarek.

### **Konserwacja**

**PELVI.LOC®** należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

### **Naprawy**

Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić.

## Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.



## Dane techniczne

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Szerokość siedziska (cm)</b>	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
<b>Wielkość podkładki (cm)</b>	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5
<b>Waga (g)</b>	220	220	280	280
<b>Rozerwanie (przy ok. kg)</b>	60	60	80	80

<b>Rozmiar opaski zębatej XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 40 cm
<b>Rozmiar opaski zębatej M - L</b>	2,4 x 0,2 x 40 cm

Produkt nie zawiera lateksu



## Gwarancja

Na produkt udzielamy gwarancji zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to również wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają części i podzespoły zużywające się, które podlegają normalnemu zużyciu, jak również uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji, "użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem", uszkodzeń mechanicznych lub niedozwolonych modyfikacji/napraw. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt, prace naprawcze, konserwacyjne i nadzór mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani sprzedawcy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



### Producent:

A2J Ltd  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tel: +49 (08373) 987269  
Faks: +49 (08373) 987276  
e-mail: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy WE 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych.